Z3CRP Reinigungsvorlage
Regelmässig auszuführen und zu visieren

	Nadelsonde reinigen *Siehe Anleitung Z3CRP wöchentliche Wartung* 1x pro Woche				**Gerätefront und bei Starttaste reinigen** *Aqua dest und Wattestäbchen* **Evtl. CRP Küvettenkammer reinigen** *trocken mit Wattestäbchen* 1x pro Woche				**Reinigung im Gerät anwählen:** *Verwaltung/Management – Service* **Spezialreinigung/Probe Cleanser Soak oder Gerät herunterfahren/Shutdown** *Cleanser/Reinigungsmittel für Sonden* 1x pro Woche			
	Datum / Visum				**Datum / Visum**				**Datum / Visum**			
Januar												
Februar												
März												
April												
Mai												
Juni												
Juli												
August												
September												
Oktober												
November												
Dezember												